



Recife, 02 de março de 2020


Ao
Hospital da Mulher do Recife
A/C.: Sra. Adriana


Prezada,


Após nossa reunião na data de ontem estamos apresentando proposta comercial dos produtos abaixo:

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2352	<p>Teste Bowie & Dick pacote-Teste Diário para autoclave a vapor com sistema de vácuo, constituído de uma folha de papel medindo aprox. 12,5 x 12,5 cm, impregnada com um reagente químico, atóxico, sensível aos parâmetros críticos de esterilização, que deverá mudar da cor amarela para a cor azul. Deve-se apresentar em um pacote descartável de pronto uso, com dois sistemas de barreira, sendo um de cada lado composto de aprox. 390 folhas. O teste deve detectar falhas como: bolhas de ar, vazamento de ar, gases não condensáveis, vapor super saturado e vapor super aquecido. O teste deve vir acompanhado de um guia de interpretação de resultados e pesar aproximadamente 320 gramas dentro das norma RDC-40/2015 ISSO 11140-4 simular caixa 7 kgs Obs. produto não sujeito a registro.</p> <p style="text-align: right;">SO VENDEMOS <u>Caixa com 20 unidades.</u></p> 	<p>Preço unit. R\$ 27,00</p> <p>Preço cx R\$ 540,00</p>

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR
2551 Complay 1250	<p>Indicador Químico tipo 4 - Indicador Químico tipo 4 para autoclave a vapor, constituído de uma tira de papel medindo aprox. 15,1 x 2,0 cm, impregnada com um reagente químico, atóxico, sistema livre de chumbo, sensível aos parâmetros críticos de esterilização, que deverá mudar da cor amarela para preta.</p> <p style="text-align: right;">Caixa com 240/480 tiras DUPLAS.</p> <p>Obs. produto não sujeito a registro.</p> 	<p>Preço CX R\$ 95,00</p>

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	VALOR
3100 Integrador	<p>Integrador Químico tipo 5 –O indicador detecta os três parâmetros essenciais no ciclo de esterilização a vapor de materiais cirúrgicos. Os três parâmetros são: tempo, vapor e temperatura a segurança migra através de uma pílula a passar da área de rejeição para área aceita após exposição ao vapor saturado seco embalagem contendo lote, validade e folheto de instrução. Marca: Browne</p> <p style="text-align: right;">pacote com 250 unidades.</p> 	<p>Preço CX R\$ 220,00</p>

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIPTIVO	VALOR
167	<p>Fitas Indicadoras de Processos para Autoclave- Fita de papel crepe tratado e incorporado com um adesivo extra forte para embalagem não tecido, com indicador de processo classe 1 Norma ISSO 11140-1 que muda de cor quando exposto ao processo de esterilização a vapor saturado identificando a exposição ao processo sem abertura das embalagens ou checagem dos registros medida 18mm x 50 metros. Marca: Browne CX com 48 unidades.</p>  <p style="text-align: right;">Vendemos por unidade</p>	Preço Unit. 20,69 Preço CX R\$ 993,12

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIPTIVO	VALOR
BT 222 Teste Desafio	<p>Sistema de Leitura Rápida por Fluorescência Super Rápido. Indicador Biológico Autocontido para processos de esterilização a Vapor. Os Indicadores Biológicos de Leitura Super Rápida por Fluorescência para vapor, foram desenhados para avaliação rápida e fácil de ciclos de esterilização a vapor a 121/135 °C assistidos por vácuo ou com deslocamento de ar por gravidade. consiste de um tubo de plástico com uma tampa de plástico com orifícios e uma barreira permeável ao vapor. Cada tubo contém uma população Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 esporos inoculados em uma tira (portadora de esporos). O tubo também contém uma ampola de vidro de cor roxa sobre o filtro localiza do junto do portador na base do tubo.</p> <p style="text-align: center;">Marca : Bionova Terragene Só Vem demos CX com 50 Unid..</p> 	Preço Unit. RS 22,00 Preço CX R\$ 1.100,00

Condições de pagamento: 30/60 dias

Entrega: imediato

Validade da proposta: 30/08/2020

Frete: Cif

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimento que se façam necessário.

Atenciosamente,

Jacqueline Fonseca
Gerente Comercial