

Caruaru, 30 de julho de 2020.

NOTA EXPLICATIVA

Os itens especificados nesta nota explicativa são para uso no (CME) Central de Material e Esterilização e no centro de diagnóstico.

Escova para CME



Especificação

Escova para CME Extra Rígido: As fibras de poliamida seguras para instrumentos oferecem rigidez semelhante ao aço e permitem uma limpeza profunda de instrumentos sujos, particularmente em superfícies ranhuradas ou desiguais.

Escova para CME Rígido: A rigidez desta escova, juntamente com o comprimento das cerdas e da alça, melhora e simplifica a limpeza do instrumento.

Escova para CME Flexível: Esta escova foi projetada para instrumentos grandes que requerem uma aplicação de limpeza mais suave, como ótica, plástico ou locais de difícil acesso, mais fáceis de limpar usando uma cerda flexível.

Escova para CME Extra Flexível: As cerdas muito longas eliminam qualquer estresse durante a higienização e fazem dela a escova ideal para instrumentos frágeis (ótica, etc.), bem como para endoscópios flexíveis e rígidos. O comprimento das cerdas ajuda na limpeza de áreas que seriam difíceis de alcançar com cerdas mais curtas, como o canal acessório ou a deflexão da ponta dos endoscópios flexíveis.

Escova para limpeza de cubas, bacias e materiais com arredondados: Com cerdas antimicrobianas, comprimento da escova de 18,5cm e área das cerdas: 3,0cm X 6,0cm

Valvula (bomba) pump 5ml para frasco dosador de 5 litros




Especificação:

Pump dosador de 5ml para bobona de 5 litros

Pump dosador de 2ml para bobona de 5 litros

Jarra em Polipropileno Graduada com Bico e Alça 1L



GELO EM GEL RECICLÁVEL




Cor: Gelo
Tamanho: 200ml, 400ml, 500ml
Pedido: 4 de cada tamanho

CAIXA TÉRMICA



Descrição: com Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; e capacidade para 5 litros;
Tamanho e Peso: Comprimento 27cm, Largura 20cm, Altura 21cm
Pedido: 1 vermelha e 1 azul

ESTANTE PARA 40 TUBOS DE ENSAIO.



Estantes para Tubos, em polipropileno, com orifícios quadrados.
Pedido: 2

Circunferência do tubo de 20 mm

Cinto em couro para exame de M.A.P.A / Holter



Especificação

A faixa do cinto deve ser feita em 100% couro natural.
As medidas são 1,25m de comprimento por 3cm de largura


Lisley Kawana N. Pereira
Coord. de Enfermagem
COREN-PE: 466.243
UPAE Caruaru HCP Gestão

Lisley Kawana Nicacio Pereira
Coordenadora de Enfermagem